



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante nitrilo de examinación largo de alto riesgo.
Marca:	Tresor.
Material:	Acrilonitrilo butadieno, polímero sintético.
Color:	Azul celeste.
Tallas:	M / L / XL.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El guante de nitrilo de examinación largo es un dispositivo médico considerado de alto riesgo, que ofrece al mercado una longitud y protección extra para el riesgo biológico y químico. Su uso está indicado para los procedimientos realizados en laboratorios donde se preparan medicamentos oncológicos, drogas que generen exposición inmunosupresora o citotóxica en el usuario y/o donde se realicen ensayos biológicos. Debido a sus fortalezas técnicas su uso se encuentra extendido a todos los servicios de salud, odontológicos y del mercado industrial como alimentos.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No.
Polvo:	No.		
Componente del polvo:	Contiene polvo residual (almidón de maíz).		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Microtexturado:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
Suave:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Elasticidad:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>

- El guante es sometido a una serie de pruebas para asegurar su biocompatibilidad con diversos dispositivos médicos, desde implantes dentales hasta una mascarilla quirúrgica. ISO10993-1-2018

- El guante cumple con EN455, 1: cuyas normas establecen los requisitos de guantes uso médicos en cuanto a requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros, 2: requisitos y ensayos para la determinación de propiedades físicas, 3: requisitos y ensayos para la evaluación biológica y 4: requisitos y ensayos para la determinación de vida útil.

- Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2 mg de almidón de maíz x guante". Reutter a través de Tresor trabaja con menos de 1mg de polvo x guante, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. **Referencia Warning FDA, enero 2017.**

- El protocolo de referencia para el correcto uso de equipo de protección personal en pacientes sospechosos o confirmados de Covid 19 indicó que los guantes ideales para proteger a los usuarios son los guantes de nitrilo y/o látex. **Referencia circular C37, Minsal, 18 marzo 2020.**

PROPIEDADES FÍSICAS

Largo:	Mínimo 299 mm			Elongación al quiebre:	Mínimo 550 %
Grosor mínimo:	Dedo: 0,14 mm	Palma: 0,09 mm	Puño: 0,07 mm	Resistencia a la tracción:	Mínimo 27 (MPa)
Polvo:	Menos de 1 mg de polvo x guante			Proteína:	No aplica

Producto importado y comercializado por [REUTTER S.A.](#)

Ficha Técnica V-00 [propiedad de Empresas Reutter](#). Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.



✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Ancho de Palma	Largo	Espesor	Peso
ACGUNAR2	M	9,8 cm	29,5 cm	0,14 mm	6,4 gr ± 0,2
ACGUNAR3	L	10,8 cm	29,9 cm	0,14 mm	6,8 gr ± 0,2
ACGUNAR4	XL	11,6 cm	29,9 cm	0,14 mm	7,0 gr ± 0,2

CERTIFICACIONES

Este Producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4.
- ISO10993-1-2018(Biocompatibilidad).
- EN13130-1-2004(migración metales pesados).

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- FDA

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
**Utilizados en
Áreas limpias**

 Resistente
 Gran comodidad
 Buena elasticidad
 Mayor durabilidad

Largo de palma



Largo del guante

** Excelente alternativa para personas alérgicas al látex.

 Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

 Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.


✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl